

「自動体外式除細動器（AED）賃貸借」質問への回答

令和7年3月4日

No.	質問事項	回答
1	<p>仕様書 3(11) 心肺蘇生法の手順を「コーチングする機能」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、AEDからは電源ONから胸骨圧迫のリズム音が流れ、心肺蘇生を開始する時には「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」、30秒ごとに「胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください」、さらに、心肺蘇生を始めてから約2分間が経過し心肺蘇生を一時中断して心電図を解析する時には、「残り5回です。体から離れてください。」と音声ガイドが流れればよろしいでしょうか。</p>	問題ありません。
2	<p>仕様書 3(13) 「難聴者及び中途失聴者の使用に配慮した機器」とありますが、応札予定の日本光電工業製AED3100 は耳マークを取得しておりませんが、AED本体の表示パネルにてパッド指示ランプでパッドの装着を判断する事が可能であり、操作ガイダンスの簡易説明書を付属しております。 そのため、日本光電工業製AED3100をご承認いただけますでし</p>	問題ありません。

	<p>ようか。性能表を添付いたしますので、回答をお願いします。</p>	
3	<p>仕様書 3(13)</p> <p>上記ご承認いただけない場合、日本光電工業製 AED-3150 は AED 本体にカラー液晶画面を搭載しており AED の音声ガイダンスと液晶画面のイラストと文字による操作説明が連動しております。</p> <p>AED 本体の音声ガイダンスと液晶画面の操作説明が連動していなければ、AED を使用する際に混乱する恐れがあるため、AED 本体の音声ガイダンスと液晶画面によるイラストと文字による操作説明が連動していることが必須との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>質問 3 の機種の場合、AEDの使用に混乱が無いよう、音声ガイダンスと液晶画面における操作説明の連動は必要と考えます。</p>
4	<p>仕様書 9(1)(3)</p> <p>消耗品の「交換」とありますが、新しい消耗品と交換要領書は弊社負担で設置先に送付しお客様で交換いただき、使用済み消耗品については、同梱の着払い伝票を使用して返送いただく運用をご承認いただけますでしょうか。</p> <p>AED 使用時には弊社コールセンターにご連絡いただき、復旧に必要な新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置先に送付しお客様で交換いただく運用をご承認いただけますでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
5	<p>仕様書 9(4)</p> <p>「保険料」とありますが、添付文書の内容で動産総合保険同等以上を保証しておりますので、加入は不要でよろしいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>

6	<p>仕様書 9(7)</p> <p>「AED本体に契約期間を記載」とありますが、弊社はAED情報の契約者、設置場所、機種、AED本体の製造番号及び使用期限、電極パッド及びバッテリーの使用期限を管理しており、AED本体毎にお客様コードを設定して紐づけています。</p> <p>弊社にはお客様からのご相談お問い合わせに対応できるコールセンター(24時間 365日)があり、お客様コードをコールセンターにお伝えいただくことで、定期消耗品の期限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備に対応いたします。</p> <p>AED本体のキャリングケース内にお客様コードを示すカード、AED本体にコールセンターを示すタグを結わえつけることでよろしいでしょうか。</p> <p>上記不可の場合、AED本体にシールテープ(テプラ等)で貼付し、表示しておくことでよろしいでしょうか。</p>	<p>AED本体のキャリングケース内にお客様コードを示すカードを入れ、AED本体にコールセンターを示すタグを結わえつける運用で、問題ありません。</p>
7	<p>仕様書 9(7)</p> <p>「設置場所に図柄による標識を設けること」とありますが、弊社製の設置表示ステッカー(18cm角とA4サイズ各1部)でよろしいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
8	<p>仕様書 9(8)</p> <p>「取扱い説明」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明のYouTube動画を用意しています。また、弊</p>	<p>取扱説明書等が付属していることを説明したうえで、設置場所の職員から求めがあった場合に、機器本体と取扱説明書を用いて説明する方法で問題ありません。</p>

社コールセンター(24時間対応)へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお応えする体制もございます。

そのため、現地対応は不要とすることをご承認いただけますでしょうか。

もし、現地対応が必要である場合には、弊社社員がAED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法をご説明すればよろしいでしょうか。