

仕 様 書

1 納入品

- (1) 窒素酸化物自動測定機 1 台
- (2) 付属品
 - ・記録計 1 台
 - ・ラック 1 基
 - ・ガス配管 1 式
 - ・ガス 1 式
 - ・LANケーブル 1 式
 - ・消耗資材 1 式
 - ・汎用記録媒体 1 個
 - ・取扱説明書 2 冊

2 仕様

- (1) 窒素酸化物自動測定機
 - ・「環境大気常時監視マニュアル 第6版」(平成22年3月 環境省 水・大気環境局)の「3. 4 窒素酸化物自動測定機」「3. 4. 1 化学発光法自動測定機」(P.64~P.72)に基づいていること。
 - ・JIS B 7953「大気中の窒素酸化物自動計測器」に規定されている基本仕様を満たす測定機であること。
 - ・「環境大気自動測定機のテレメーター取り合いの共通仕様(改訂版)」に適合していること。
 - ・測定に必要な付属機器を含むこと。
 - ・子局にはLANで接続すること。
 - ・ゼロ校正は、ゼロガス調整装置により調整した精製空気を用いること。また、ゼロ・スパン校正は、自動で行われること。
 - ・復電時に測定を自動的に再開する機能を有すること。また、復電時に記録紙の時刻を自動調整する機能を有すること。
 - ・コンバーター効率試験ガス発生機能を有すること。
- (参考機種) 紀本電子工業株式会社 NA-721
※同等品も可とする
- (2) 付属品
 - ・記録計(ペーパーレス式又は紙チャート式であること)
 - ・ラック(測定機と記録計とを収納でき、キャスター付きであること)
 - ・ガス配管(減圧弁とそれ以降)
 - ・ガス(キャリアガス等の測定機の稼働に必要なガス各種1本)
 - ・デジタル接続用LANケーブル
 - ・消耗資材(消耗部品・交換部品・チャート紙等の測定機の運用で必要となる物品1年分)
 - ・汎用記録媒体(窒素酸化物自動測定機に使用可能なもの)
 - ・取扱説明書(日本語表記のもの)

3 納入期限 令和8年12月18日（金）

4 納入場所 指定場所（穴切測定局 甲府市宝2－8－19）

5 執行課 甲府市環境部環境保全課（055-241-4312）
担当：河西 杏奈

6 その他

- ・納入に際して発注者と日程の調整を行なうこと
- ・納入時には測定機の設置、調整を実施し、稼働状態で引き渡すこと
- ・精度管理情報として、試料流量及び試料圧力等をテレメーター装置にて確認できる状態にすること
- ・発注者に測定機の取扱方法を説明すること
- ・既存機（紀本電子工業株式会社 NA-721）及びラックを撤去し、引き取るこ
と

以 上