

仕 様 書

1 納入品

- (1) 一酸化炭素自動測定機 1 台
- (2) 付属品
 - ・記録計 1 台
 - ・ラック 1 基
 - ・ガス配管 1 式
 - ・ガス 1 式
 - ・消耗資材 1 式
 - ・汎用記録媒体 1 個
 - ・取扱説明書 2 冊
 - ・検定証印 1 枚
 - ・検定済証 1 枚

2 仕様

- (1) 一酸化炭素自動測定機
 - ・「環境大気常時監視マニュアル 第6版」(平成22年3月 環境省 水・大気環境局)の「3. 8 一酸化炭素自動測定機」に基づいていること
 - ・JIS B 7951「大気中の一酸化炭素自動計測器」に規定されている基本仕様を満たす測定機であること。
 - ・「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第25号)及び大気汚染防止法施行規則第18条に規定されている非分散型赤外式であること。
 - ・「環境大気自動測定機のテレメーター取り合いの共通仕様(改訂版)」に適合していること
 - ・計量法第16条に定める検定に合格し、同法第72条に定める検定証印および検定済証を有すること
 - ・測定に必要な付属機器を含むこと
 - ・子局には LAN で接続すること
(参考機種 東亜 DKK 株式会社製 GFC-351B
株式会社堀場製作所 APMA-3700R)
- (2) 付属品
 - ・記録計(ペーパーレス式又は紙チャート式であること)
 - ・ラック(測定機と記録計とを収納でき、キャスター付きであること)
 - ・ガス配管(減圧弁とそれ以降)
 - ・ガス(キャリアガス等の測定機の稼働に必要なガス各種1本)
 - ・LAN ケーブル
 - ・消耗資材(消耗部品・交換部品・チャート紙等の測定機の運用で必要となる物品1年分)
 - ・汎用記録媒体(一酸化炭素自動測定機に使用可能なもの)
 - ・取扱説明書(日本語表記のもの)
 - ・検定証印および検定証書(計量法第72条に定めるもの)

3 納入期限 令和7年3月28日（金）

4 納入場所 指定場所（国母自排局 甲府市国母6－5－1）

5 その他

- ・納入に際して発注者と日程の調整を行なうこと
- ・納入時には測定機の設置、調整を実施し、稼働状態で引き渡すこと
- ・精度管理情報として、試料流量及び試料圧力等をテレメーター装置にて確認できる状態にすること
- ・発注者に測定機の取扱方法を説明すること
- ・既存機（株式会社堀場製作所 APMA-3700）及びラックを撤去し、引き取ること

以 上